



CUIDADO DE LOS CATETERES Y DISPOSITIVOS DE ACCESO SUBCUTANEOS

CATETERES

El sitio de salida de su catéter debería limpiarse cada vez que tiene tratamiento de diálisis y colocarse una venda limpia y seca. Debe utilizar una máscara durante el cambio de vendas, al iniciar y terminar el proceso de diálisis y siempre que su catéter de diálisis se abra para su uso. Pregunte al personal de diálisis sobre los procedimientos específicos de vendaje de esa unidad y de cómo cuidar el catéter en su hogar. Pregunte específicamente acerca del ungüento de mupirocina.

Para los catéteres sin cuff, las suturas deben permanecer en su lugar todo el tiempo que esté insertado el catéter. Para los catéteres tunelizados con cuff, las suturas deberían quitarse una vez que el catéter esté insertado en su sitio para prevenir infecciones en las suturas.

Su catéter debe tener siempre su tapa puesta y sólo debe quitarla el personal de diálisis. Las tenazas (“clamps”) deben permanecer siempre cerradas. Su catéter de diálisis solamente debe ser usado por el personal de diálisis salvo autorización por parte de su nefrólogo. Si la tenaza se abriese, ciérrela de inmediato. Si la tapa del catéter se suelta y se cae, asegúrese que el catéter permanece cerrado e informe a su centro de diálisis o sala de emergencia porque está expuesto a infecciones o a que aire penetre su flujo sanguíneo y necesita atención urgente. Si se producen roturas, filtraciones o separaciones en cualquier parte de su catéter, debe asegurarse que el catéter esté cerrado en el área superior al sitio del problema. La abrazadera del catéter se puede mover y se puede deslizar por el catéter para cerrarlo, o puede necesitar enroscarlo con sus dedos para ocluir el catéter y después llamar al 911. Si se filtra sangre, puede entrar aire y causar un embolismo. Necesita ayuda inmediata para prevenir una lesión grave.

DISPOSITIVOS DE ACCESO SUBCUTÁNEO

Dado que es una terapia relativamente nueva, se recomienda que los pacientes consulten con su proveedor de servicios de salud para las pautas de cuidado específico emitidas para cada producto. El fabricante de los dispositivos también debe ser capaz de proporcionar información detallada sobre el cuidado adecuado de sus productos. Sin embargo, existen pautas generales de cuidado para los accesos y que conciernen a esos dispositivos.

Habítuese a verificar su sitio de acceso frecuentemente para detectar cualquier signo de infección tal como irritación, sensibilidad en la piel o color rojizo de la misma.

Evite cualquier actividad que pueda irritar o causar daño al sitio de acceso.

Mantenga el sitio limpio y seco.